

**КАРТА НАСТРОЙКИ КОМПЛЕКСА
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ГАЗА «ULTRAMAG»**

№	Наименование параметра	Диапазон значений
1	Название предприятия	КМЗ
2	Контрактный час суток	12
3	Контрактный день месяца	1
4	Время индикации дисплея, сек	30
5	Период измерений, сек	30
6	Подстановочное значение для верхней границы преобразователя давления, кПа	20
7	Подстановочное значение для нижней границы преобразователя давления, кПа	2
8	Подстановочное значение по температуре, °С	-40 +60
9	Подстановочное значение максимального расхода, м ³ /ч	100
10	Подстановочное значение минимального расхода, м ³ /ч	0,5
11	Плотность газа, кг/м ³	0,7092
12	Концентрация углекислого газа, %	0,369
13	Концентрация азота, %	1,4
14	Атмосферное давление, мм рт. ст.	759,8

Сервисный инженер
Осипов

