

Общество с ограниченной  
ответственностью  
"ПРИБОРАВТОМАТИКА"

Регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц 1780

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
О ПОВЕРКЕ**

№ C-05998.7/Т-2019

Действительно д  
22 мая 2023 г.

Термометр сопротивления технический ТПТ-17-2 100П/В/2/ от минус 50 до  
Средство измерений 250

наименование, тип, модификация средства измерений,

**46155-10**

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер **3099**

В составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

В соответствии с **ГОСТ 8.461-2009 "ГСИ. Термопреобразователи сопротивления из платины, ме,  
и никеля. Методика поверки"**

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: **3.2.ВЯЫ.0013.2016, Калибратор многофункциональный портатив  
ный Метран 510-ПКМ (группа Б), заводской №: 1091;3.2.ВЯЫ.0107.2019, Термометр  
сопротивления эталонный ЭТС-100, заводской №: 15-135;3.2.ВЯЫ.0091.2018, Калибратор  
температуры эталонный КТ-650 мод. КТ-650/М2, 3-ий разряд, заводской №: 21-432;**

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: **температура окружающей среды 20,6 °С,**

перечень влияющих факторов,

**относительная влажность воздуха 48,7 %, атмосферное давление 99,9 кПа**

нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано пригодным к применению

Знак поверки:



Главный метролог


Должность руководителя подразделения

  
(подпись)

Кравчук А.И.

(фамилия, инициалы)

Поверитель

  
(подпись)

Ефимов А.В.

(фамилия, инициалы)

Дата поверки  
23 мая 2019 г.