

Предприятие-владелец:

Счетчик газа Ирвис-РС4-Ультра № 25224; регистратор РИ-5-968; адр. 24, 4800 бит/с
ПП1 № 25224; типоразмер ПП, мм 50; путь луча, мм 89,73;

Диапазон расходов, м3/ч. Qнаим.раб.усл.= 0,5 ... Qнаиб.раб.усл.= 227,2

диапазон градуировки датчика абсолютного давления, кПа 70 ... 1000;

диапазон градуировки датчика температуры, °С -40 ... 60.

Контрольная сумма градуировочных таблиц P, T, Q: 0F043E78F92C

Действующие установки констант на начало отчетного периода:

Измеряемая среда: Газ природный; метод расчета K: NX-19.

Состав: N2,% 0,12 ; CO2,% 1,01 ; плотность, кг/м3 0,687.

Договорные параметры: P дог., кПа *; T дог., °С *;

Q дог.= * м3/ч; Контрактный час *; Начало месяца *;

Отчетный период НЕ завершен, Tнар 1068,3

Показания накопительных счетчиков

на момент начала отчетного периода: Vсу=1134135 м3; Vру=168408 м3

на момент конца отчетного периода: Vсу=* м3; Vру=* м3

№	нач. суток	Дата и время отчета	Витог м3/сут	Vсу м3/сут	Vнс2 м3/сут	Твкл ч	CRC сут	НС 0123	Vсу м3	Tнар ч
1	18.04	-19.04.21 10:00*	558	558	0	24,0	E9E18F2B	2	1134693	1092,3
2	19.04	-20.04.21 10:00	502	502	0	24,0	077982C1		1135195	1116,3
3	20.04	-21.04.21 10:00*	410	410	0	24,0	10FE45B9	2	1135605	1140,3
4	21.04	-22.04.21 10:00	372	372	0	24,0	B7204AB0		1135977	1164,3
5	22.04	-23.04.21 10:00*	364	364	0	24,0	057E7143	2	1136341	1188,3
6	23.04	-24.04.21 10:00*	382	382	0	24,0	258D4690	2	1136723	1212,3
7	24.04	-25.04.21 10:00*	382	382	0	24,0	B461E36F	2	1137105	1236,3
8	25.04	-26.04.21 10:00*	372	372	0	24,0	5B3314B8	2	1137477	1260,3
9	26.04	-27.04.21 10:00*	342	342	0	24,0	3FD64BBD	2	1137819	1284,3
10	27.04	-28.04.21 10:00	163	163	0	24,0	7D26F7C7		1137982	1308,3
11	28.04	-29.04.21 10:00*	161	161	0	24,0	26C0519E	2	1138143	1332,3
12	29.04	-30.04.21 10:00	168	168	0	24,0	BEFFDB48		1138311	1356,3
13	30.04	-01.05.21 10:00*	173	173	0	24,0	3541617A	2	1138484	1380,3
14	01.05	-02.05.21 10:00	159	159	0	24,0	11EF49DD		1138643	1404,3
15	02.05	-03.05.21 10:00	154	154	0	24,0	7BFD2CC9		1138797	1428,3
16	03.05	-04.05.21 10:00	170	170	0	24,0	5F4591D0		1138967	1452,3
17	04.05	-05.05.21 10:00	157	157	0	24,0	90670E68		1139124	1476,3
18	05.05	-06.05.21 10:00*	152	152	0	24,0	4BA95253	2	1139276	1500,3
19	06.05	-07.05.21 10:00	163	163	0	24,0	AB36E56A		1139439	1524,3
20	07.05	-08.05.21 10:00	153	153	0	24,0	EF44F219		1139592	1548,3
21	08.05	-09.05.21 10:00*	148	148	0	24,0	55E0C31E	2	1139740	1572,3
22	09.05	-10.05.21 10:00	145	145	0	24,0	541EC6BC		1139885	1596,3
23	10.05	-11.05.21 10:00	155	155	0	24,0	A2A235E9		1140040	1620,3
24	11.05	-12.05.21 10:00*	149	149	0	24,0	C4559FC5	2	1140189	1644,3
25	12.05	-13.05.21 10:00*	151	147	0	23,9	CF0E00AF	0	1140336	1668,2
26	13.05	-14.05.21 10:00	142	142	0	24,0	EF08C1BF		1140478	1692,2
27	14.05	-15.05.21 10:00*	141	141	0	24,0	2C71EC27	2	1140619	1716,2
28	15.05	-16.05.21 10:00*	132	132	0	24,0	DA7389CB	2	1140751	1740,2
29	16.05	-17.05.21 10:00*	138	138	0	24,0	C99F0E0D	2	1140889	1764,2
30	17.05	-18.05.21 10:00*	126	126	0	24,0	3AE5FBC2	2	1141015	1788,2
31	18.05	-19.05.21 10:00*								

0

ИТОГ за период (18.04.21 10:00 - 19.05.21 10:00)

CRC F3D12C0D

Итог м3	Vсу (31) м3	Vнс (31) м3	Vнс2 (31) м3	Vптп (31) м3	Твкл (31) сут	Tнс0 (31) МИН	Tнс1 (31) МИН
---------	-------------	-------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

6884 6880 4 0 0 30,0 1445 0

PIN-код 1205

Представитель потребителя газа

Представитель поставщика газа

Сформирован 18.05.2021 в 10:18:01 (ПК-Флэш | Версия ПО RiCom - 0.5.0.7)

Предприятие-владелец:

Счетчик газа Ирвис-РС4-Ультра № 25224; регистратор РИ-5-968; адр. 24, 4800 бит/с
ПП1 № 25224; типоразмер ПП, мм 50; путь луча, мм 89,73;

№	нач. суток	Дата и время отчета	Тнар ч	t _{ср} /сут °C	P _{ср} /сут кПа	V _{птп} сут м3	V _{ру} м3/сут	V _{ру} м3	Тнс0 мин	Тнс1 мин
1	18.04	-19.04.21 10:00*	1092,3	21,9	686,60	0	82	168490	0	0
2	19.04	-20.04.21 10:00	1116,3	24,2	685,68	0	74	168564	0	0
3	20.04	-21.04.21 10:00*	1140,3	28,7	685,27	0	62	168626	0	0
4	21.04	-22.04.21 10:00	1164,3	32,1	685,82	0	57	168683	0	0
5	22.04	-23.04.21 10:00*	1188,3	31,9	686,13	0	55	168738	0	0
6	23.04	-24.04.21 10:00*	1212,3	30,2	686,96	0	58	168796	0	0
7	24.04	-25.04.21 10:00*	1236,3	30,8	685,96	0	57	168853	0	0
8	25.04	-26.04.21 10:00*	1260,3	32,5	684,78	0	57	168910	0	0
9	26.04	-27.04.21 10:00*	1284,3	32,5	685,52	0	52	168962	0	0
10	27.04	-28.04.21 10:00	1308,3	36,6	686,10	0	26	168988	0	0
11	28.04	-29.04.21 10:00*	1332,3	36,0	685,74	0	24	169012	0	0
12	29.04	-30.04.21 10:00	1356,3	33,8	686,95	0	26	169038	0	0
13	30.04	-01.05.21 10:00*	1380,3	32,6	688,36	0	26	169064	0	0
14	01.05	-02.05.21 10:00	1404,3	34,7	686,78	0	25	169089	0	0
15	02.05	-03.05.21 10:00	1428,3	36,5	687,58	0	24	169113	0	0
16	03.05	-04.05.21 10:00	1452,3	34,3	688,53	0	26	169139	0	0
17	04.05	-05.05.21 10:00	1476,3	38,7	686,65	0	24	169163	0	0
18	05.05	-06.05.21 10:00*	1500,3	39,3	686,34	0	24	169187	0	0
19	06.05	-07.05.21 10:00	1524,3	35,3	691,32	0	25	169212	0	0
20	07.05	-08.05.21 10:00	1548,3	39,0	690,71	0	23	169235	0	0
21	08.05	-09.05.21 10:00*	1572,3	39,9	690,89	0	23	169258	0	0
22	09.05	-10.05.21 10:00	1596,3	39,6	690,92	0	23	169281	0	0
23	10.05	-11.05.21 10:00	1620,3	38,1	693,26	0	24	169305	0	0
24	11.05	-12.05.21 10:00*	1644,3	39,5	692,97	0	23	169328	0	0
25	12.05	-13.05.21 10:00*	1668,2	39,8	693,34	0	22	169350	5	0
26	13.05	-14.05.21 10:00	1692,2	41,8	692,82	0	23	169373	0	0
27	14.05	-15.05.21 10:00*	1716,2	42,7	693,20	0	21	169394	0	0
28	15.05	-16.05.21 10:00*	1740,2	44,0	693,83	0	21	169415	0	0
29	16.05	-17.05.21 10:00*	1764,2	44,3	695,33	0	22	169437	0	0
30	17.05	-18.05.21 10:00*	1788,2	44,0	695,02	0	19	169456	0	0
31	18.05	-19.05.21 10:00*								

ИТОГ за период (18.04.21 10:00 - 19.05.21 10:00)

V (31) м3	V _{ру} (31) м3	T _{ср} /сут °C	P _{ср} /сут кПа
6880	1048	35,8	688,979

PIN-код 1205

Представитель потребителя газа

Представитель поставщика газа

Предприятие-владелец:

Счетчик газа Ирвис-PC4-Ультра № 25224; регистратор РИ-5-968; адр. 24, 4800 бит/с

Нештатные ситуации ПП 1 № 25224

Типа НС0 - нет заполнения архива - длительность 1445 мин - обусловлено событиями:
Выключение питания

Типа НС1 - учет газа невозможен - не зафиксировано

Типа НС2 - учет газа по константам - обусловлено событиями:
Q ниже допуска

Типа НС3 - изменение констант - не зафиксировано

События, не препятствующие измерениям:
Нет расхода

PIN-код 1205

Представитель потребителя газа

Представитель поставщика газа
